




Бул. "Цариградско шосе" № 72,
1784 София
<http://www.issp.bas.bg>
e-поща: director@issp.bas.bg

Централа: (02) 979/ вътр.
Директор: (02) 875 80 61
Канцелария: (02) 877 34 92
Счетоводство: (02) 875 50 59



До всички заинтересовани лица,
получили достъп или закупили
Документация за участие

Относно: Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на технологично оборудване и измерителна апаратура за многослойни оптични структури"

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с т. 2.3. Разяснения от Общите правила и указания за реда и условията на процедурата Ви представяме Разяснения по постъпили въпроси:

Въпрос 1: "В първа точка на подточка Б) от 2.2. Минимални технически изисквания към технологичното оборудване и компонентите му на Описание на обособена позиция 1 е записано: "Най-малко два електронно лъчеви изпарителя клас 8-10kW с поне 3 гнезда всеки за вещества с достатъчен обем (над 14 см³), с необходимото хранване и управление (включително сканиране на електронния лъч върху веществото за изпарение по избран начин);", а в т. 11 от таблицата т. 3 на Приложение ТО-1 (Обособена позиция 1) към Образец 15 Техническа оферта е посочено: "Електронно лъчеви изпарители клас 8-10kW (най-малко 2 бр.), като тигелът на единия трябва да е директно водоохлаждаем с поне 3 гнезда всеки за вещества с достатъчен обем (над 14 см³), с необходимото хранване и управление (включително сканиране на електронния лъч върху веществото за изпарение по избран начин)"

Моля посочете задължително ли е "тигелът на единия да е директно водоохлаждаем". "

Разяснение: При изготвянето на Приложение ТО-1 е допусната техническа грешка. В т. 12.2 от Общите правила и указания за реда и условията на процедурата е указано, че при наличие на противоречие в записи на отделни документи, за валидни се считат текстовете в документа с по-висок приоритет и е посочен приоритет на документите. В съответствие с него документът "Пълно описание на предмета на поръчката и

обособените позиции (техническа спецификация)” е с приоритет спрямо документа “Образец на Техническа оферта и Ценово предложение”, приложение към която се явява ТО-1. Следователно валиден е текстът в т. 2.2 Минимални технически изисквания към технологичното оборудване и компонентите му и т. 11 от таблицата т. 3 на Приложение ТО-1 следва да се чете: *Електронно лъчеви изпарители клас 8-10kW (най-малко 2 бр.) с поне 3 гнезда всеки за вещества с достатъчен обем (над 14 см³), с необходимото захранване и управление (включително сканиране на електронния лъч върху веществото за изпарение по избран начин).*

Въпрос 2: “В трета точка на подточка Б) от 2.2. Минимални технически изисквания към технологичното оборудване и компонентите му на Описание на обособена позиция 1 е записано: “Източниците за изпарение трябва да бъдат снабдени с подвижни сменяеми екрани (отворено/затворено) с автоматизирано управление;”, а в т.13 от таблицата т. 3 на Приложение ТО-1 към Образец 15 Техническа оферта е посочено: “Подвижни сменяеми екрани (отворено/затворено) за източниците на изпарение с автоматизирано управление (два комплекта)”

Моля пояснете какво се разбира под “подвижни сменяеми екрани (отворено/затворено) с автоматизирано управление” и необходимата комплектност.”

Разяснение: Съгласно 2.2. Минимални технически изисквания към технологичното оборудване и компонентите му, посочени в подточка Б, системата трябва да съдържа най-малко 2 електронно лъчеви изпарителя и най-малко 2 източника на терморезистивно изпарение. Тези източници на изпарение следва да са окомплектовани с устройства за защита на оптичните детайли от изпаряемото вещество преди източника да е достигнал номиналния режим на изпарение, след това да “отвори” и започне нанасянето на слоя и накрая да прекъсне потока от вещество (да затвори) когато дебелината на слоя достигне необходимата величина. Посочените устройства са наречени подвижни сменяеми екрани (отворено/затворено). Подвижни и сменяеми защото самите екраниращи детайли (например, диск от неръждаема стомана) следва да могат да бъдат демонтирани за почистване. Управлението им трябва да може да се осъществява от системата за управление на оборудването, т.е. да са автоматизирани. Комплектността им следва да обезпечава посочените по-горе функции – напълно да закрива (затваря) потока вещество към оптичните детайли и напълно да “отваря” източника. Уточнението в скобите в т. 13 на таблицата от Приложение ТО-1 – два комплекта, е само информативно и следва да напомни, че са налични 2 двойки източници. Допустими са всякакви конструктивни решения, изпълняващи минималното изискване, указано в Пълното описание на обособена позиция 1.

Въпрос 3: “В Методиката за оценка на офертите на участниците за обособена позиция 1 - Вакуумна технологична система за получаване на многослойни оптични покрития съществува противоречие между относителна тежест на показател Р3 – Цена, указано в таблицата на стр. 1 – 0,3 и това на стр. 3 – $k_3=0,25$.

Моля посочете действителната стойност на относителното тегло на показател Р3.”

Разяснение: Относителното тегло на показател Р3 – Цена е 0,3. Само в този случай сумата от относителните тежести на трите показателя може да е 1,00. При описанието на показателя Р3 – цена на стр.3 от Методиката за оценка на офертите на участниците е допусната техническа грешка. Текста следва да се чете: *Относително тегло $k_3=0,30$.*

Въпрос 4: “В Образец 1 – Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка се декларира, че: “сме закупили документация за участие” в същото време съгласно Решение РД-09-21 от 20.02.2014 г. закупуването на Документация за участие не е задължително условие за участие в процедурата.

Моля посочете трябва ли да закупуваме документацията за участие и как да декларираме, че сме я закупили, ако не сме.”

Разяснение: Съгласно Решение РД-09-21 от 20.02.2014 г. закупуването на Документация за участие не е задължително условие за участие в процедурата. Следователно, незакупуването на документацията за участие няма да води до отстраняване от процедурата. Ако не сте закупили документацията за участие или не желаете да посочите този факт в Офертата си, можете да не го правите, както и да не прилагате документ за закупуването ѝ. Същото се отнася и до декларирането за закупуване на документацията за участие – този текст може да го отстраните от Офертата си. Останалата част от декларираните условия остават в сила.

Директор на ИФТТ

/ акад. А. Г. Петров

