



Бул. "Цариградско шосе" № 72,  
1784 София  
<http://www.issp.bas.bg>  
е-поща: director@issp.bas.bg

Централа: (02) 979/ вътр.  
Директор: (02) 875 80 61  
Канцелария: (02) 877 34 92  
Счетоводство: (02) 875 50 61

## До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Благодарим за проявения интерес от Ваша страна за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на вибрационно-изолираща система с активни опри (оптични маси)" за ИФТТ-БАН.

В отговор на направено запитване за параметър от Приложение 1 "Изисквания към техническата спецификация, свойства и качества на вибрационно-изолираща система с активни опри (оптични маси)", точка 1, трета подточка "Покритие от неръждаема стомана на работния плот с дебелина 4.5 mm", бихме искали да направим следното уточнение:

За пълнота на изискванията на Възложителя, уточняваме, че пълният текст на посочената подточка в изискванията трябва да се разбира и да придобие следния текст: "Покритие от неръждаема стомана на работния плот с дебелина **минимум 4.5 mm**". **Това е минималния размер.** В този вид текстът изразява възможно/пожелателно условие към техническата конфигурация на системата.

София, 05.02.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/

/проф. Кирил Благоев/